CERTIFICADO DE ANÁLISE

Teste em cubetas:	Fenóis Cód. UP121
Faixa de leitura:	0,05 – 5,0 mg/L
Lote:	121023
Validade:	05/2019

Técnico responsável pela calibração: Marcela Corrêa

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 476 nm

Substância padrão: fenol (C_6H_5OH)

Fórmula: C = a + b*A

a = - 0,161

b = 3,7104

R^2 = 0,9995



Técnico responsável