

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Nitrato (N-NO₃⁻) Cód. UP131
Faixa de leitura: 0,25 – 20 mgN-NO₃⁻/L
Lote: 131030
Validade: 12/2019

Técnico responsável pela calibração: Marcela Corrêa

Equipamento utilizado para calibração: DR3900

Comprimento de onda: 370 nm


Substância padrão: nitrato de potássio

Fórmula: $C = a + b \cdot A$

a = - 0,4863

b = 11,1966

R² = 0,9997



Joana Antunes Reis

Técnico responsável