

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Fósforo total Cód. UP141
Faixa de leitura: 0,1 – 1,5 mg P-PO₄/L
Lote: 141022
Validade: 01/2018

Data da calibração: 27/09/2016

Técnico responsável: Marcela Corrêa

Equipamento: DR3900

Comprimento de onda: 850 nm

Substância padrão: ácido fosfórico


Varição permitida: $\pm 5\%$ para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000


Calibração espectrofotômetros Hach: $C = a + b \cdot A$

$a = -0,233$

$b = 2,1230$

$R^2 = 0,9976$




Técnico responsável