

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Ortofosfato Cód. UP143

Faixa de leitura: 0,1 – 4,5 mg PO₄³⁻/L

Lote: 143005

Validade: 07/2018

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado pela calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 850 nm


Substância padrão: ácido fosfórico

Fórmula: C = a + b*A

$$a = -0,70273$$

$$b = 6,700643$$

$$R^2 = 0,9990$$



Joana Sartoretto Leão
Técnico responsável