

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: DQO Cód. UP112
Faixa de leitura: 200 – 2000 mgO₂/L
Lote: 112052
Validade: 02/2020

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 605 nm


Substância padrão: hidrogenoftalato de potássio

Fórmula: $C = a + b \cdot A$

a = - 119,47

b = 2196,25

R² = 0,9994



Joana Sartoretto Leão

Técnico responsável