

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Fenóis Cód. UP121
Faixa de leitura: 0,05 – 5,0 mg/L
Lote: 121020
Validade: 05/2018

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Merck, modelo Pharo 300

Comprimento de onda: 476 nm


Substância padrão: fenol (C_6H_5OH)


Fórmula: $C = a_0 + a_1.A$

$a_0 = -0,25538$

$a_1 = 3,631262$

$R^2 = 0,9995$




Técnico responsável