

# CERTIFICADO DE ANÁLISE



**Teste em cubetas:** Detergentes aniônicos Cód. UP151  
**Faixa de leitura:** 0,2 – 2,0 mgLAS/L  
**Lote:** 151013-1  
**Validade:** 03/2016

**Data da calibração:** 26/11/2014

**Técnico responsável:** Mayara Evelyn Vendramin

**Equipamento:** DR3900

**Comprimento de onda:** 653 nm

**Substância padrão:** Dodecil sulfato de sódio

**Varição permitida:** ±10 % para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000


**Calibração espectrofotômetros Hach:**  $C = a + b \cdot A$

**a = - 0,2361**

**b = 1,9971**

**R<sup>2</sup> = 0,9944**

**R = 0,9972**



*Mayara Evelyn Vendramin*

Técnico responsável