

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Steriplus

ABNT NBR ISO 11138-3



***Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953**

Para: esterilização a vapor.

Cultura: o meio de cultura satisfaz as exigências para um crescimento hábil.

Armazenamento: manter o produto sob refrigeração (temperatura máxima de 10°C), longe de esterilizantes.

Descarte: autoclave a 121°C por 30 minutos.

Pureza: não há evidência de contaminantes utilizando-se as técnicas de contagem de placa padrão.

Lote: 5

Data Fabricação: 12/2014

Validade: 36 meses após a data de fabricação.

População: $2,5 \times 10^5$ esporos/mL

Marcela Corrêa

Técnico responsável