

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Nitrato (N-NO_3^-) Cód. UP131
Faixa de leitura: 0,25 – 20 $\text{mgN-NO}_3^-/\text{L}$
Lote: 131024
Validade: 02/2019

Técnico responsável pela calibração: Marcela Corrêa

Equipamento utilizado para calibração: DR3900

Comprimento de onda: 370 nm


Substância padrão: nitrato de potássio


Fórmula: $C = a + b \cdot A$

a = - 0,5262

b = 11,1871

R² = 0,9997




Técnico responsável