

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Teste em cubetas: Fósforo total Cód. UP141
Faixa de leitura: 0,15 – 2,0 mg P-PO₄³⁻/L
Lote: 141013
Validade: 03/2017

Data da calibração: 11/02/2015

Técnico responsável: Joana Sartoretto Leão

Equipamento: DR3900

Comprimento de onda: 850 nm

Substância padrão: ácido fosfórico

Variação permitida: ±10 % para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000


Calibração espectrofotômetros Hach: $C = a + b \cdot A$

a = - 0,2073

b = 2,6335

R² = 0,9973

R = 0,9987



Joana Sartoretto Leão

Técnico responsável