

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Nitrogênio total (N_t) Cód. UP133

Faixa de leitura: 1 – 20 mg Ntotal/L

Lote: 133019

Validade: 08/2019

Técnico responsável: Marcela Correa

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 345 nm


Substância padrão: nitrito de sódio

Fórmula: C = a + b*A

$$a = -0,189$$

$$b = 15,896$$

$$R^2 = 0,9948$$



Joséma Nantorito Kássia

Técnico responsável