

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Fósforo total Cód. UP141
Faixa de leitura: 0,1 – 1,5 mg P-PO₄/L
Lote: 141021
Validade: 11/2017

Data da calibração: 30/11/2016

Técnico responsável: Joana Sartoretto Leão

Equipamento: DR3900

Comprimento de onda: 850 nm

Substância padrão: ácido fosfórico


Varição permitida: ±10 % para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000

Calibração espectrofotômetros Hach: $C = a + b \cdot A$

$$a = -0,252$$

$$b = 2,1503$$

$$R^2 = 0,9973$$



Joana Sartoretto Leão

Técnico responsável