

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Teste em cubetas: DQO Cód. UP112
Faixa de leitura: 100 – 2000 mgO₂/L
Lote: 112046
Validade: 07/2019

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 605 nm



Substância padrão: hidrogenoftalato de potássio

Fórmula: C = a + b*A

$$a = -121,382$$

$$b = 2249,413$$

$$R^2 = 0,9996$$



Joana Sartoretto Leão

Técnico responsável