

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Fósforo total Cód. UP141
Faixa de leitura: 0,1 – 1,5 mg P-PO₄/L
Lote: 141025
Validade: 04/2018

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 850 nm


Substância padrão: ácido fosfórico


Fórmula: $C = a + b \cdot A$

a = - 0,2437

b = 2,2807

R² = 0,9971




Técnico responsável