

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Nitrogênio total (N_T) Cód. UP133
Faixa de leitura: 1 – 20 mg Ntotal/L
Lote: 133023-1
Validade: 09/2020

Técnico responsável: Marcela Correa

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 345 nm


Substância padrão: nitrito de sódio


Fórmula: $C = a + b \cdot A$

a = - 0,3819

b = 16,5740

R² = 0,9983





Técnico responsável