

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: DQO Cód. UP112
Faixa de leitura: 100 – 2000 mgO₂/L
Lote: 112035
Validade: 09/2018

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 605 nm


Substância padrão: hidrogenoftalato de potássio


Fórmula: $C = a + b \cdot A$

$a = -121,382$

$b = 2249,413$

$R^2 = 0,9996$




Técnico responsável