

# CERTIFICADO DE ANÁLISE



**Teste em cubetas:** Fenóis Cód. UP121  
**Faixa de leitura:** 0,05 – 5,0 mg/L  
**Lote:** 121021  
**Validade:** 07/2018

**Técnico responsável pela calibração:** Marcela Corrêa

**Equipamento utilizado para calibração:** espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

**Comprimento de onda:** 476 nm


**Substância padrão:** fenol ( $C_6H_5OH$ )

**Fórmula:**  $C = a + b \cdot A$

**a = - 0,156**

**b = 3,4624**

**R<sup>2</sup> = 0,9999**



*Marcela Antunes Corrêa*  
Técnico responsável