

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Teste em cubetas: DQO Cód. UP112
Faixa de leitura: 100 – 2000 mgO₂/L
Lote: 112024
Validade: 04/2017

Data da calibração: 25/11/2014

Técnico responsável: Mayara Evelyn Vendramin

Equipamento: DR3900

Comprimento de onda: 605 nm

Substância padrão: hidrogenoftalato de potássio

Variação permitida: ±10 % para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000


Calibração espectrofotômetros Hach: $C = a + b \cdot A$

a = -169,3

b = 2660,6

R² = 0,9954

R = 0,9977



Mayara Evelyn Vendramin

Técnico responsável