CERTIFICADO DE ANÁLISE

Teste em cubetas:	Detergentes aniônicos Cód. UP151
Faixa de leitura:	0,2 – 2,0 mgLAS/L
Lote:	151019-4
Validade:	08/2018

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 653 nm

Substância padrão: Dodecil sulfato de sódio

Fórmula: C = a + b*A

a = - 0,139

b = 1,6720

R^2 = 0,9960



Joana Sartoretto Leão

Técnico responsável