

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: DQO Cód. UP111
Faixa de leitura: 3 – 200 mgO₂/L
Lote: 111027
Validade: 11/2018

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 600 nm


Substância padrão: hidrogenoftalato de potássio


Fórmula: $C = a + b \cdot A$

$a = - 5,65062$

$b = 2224,141$

$R^2 = 0,9954$




Técnico responsável