

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Teste em cubetas: Detergentes aniónicos Cód. UP151

Faixa de leitura: 0,2 – 2,0 mgLAS/L

Lote: 151013-2

Validade: 03/2016

Data da calibração: 26/11/2014

Técnico responsável: Mayara Evelyn Vendramin

Equipamento: DR3900

Comprimento de onda: 653 nm

Substância padrão: Dodecil sulfato de sódio

Variação permitida: $\pm 10\%$ para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000


Calibração espectrofotômetros Hach: $C = a + b^*A$

$$a = -0,2361$$

$$b = 1,9971$$

$$R^2 = 0,9944$$

$$R = 0,9972$$



José Manoelito Bräo

Técnico responsável