

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: DQO Cód. UP112
Faixa de leitura: 100 – 2000 mgO₂/L
Lote: 112028
Validade: 11/2017

Data da calibração: 25/11/2016

Técnico responsável: Joana Sartoretto Leão

Equipamento: DR3900

Comprimento de onda: 605 nm

Substância padrão: hidrogenoftalato de potássio


Variação permitida: ±5 % para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000

Calibração espectrofotômetros Hach: $C = a + b \cdot A$

a = -105,945

b = 2080,289

R² = 0,9997



Técnico responsável