

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Detergentes aniônicos Cód. UP151
Faixa de leitura: 0,2 – 2,0 mgLAS/L
Lote: 151020-9
Validade: 10/2019

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 653 nm


Substância padrão: Dodecil sulfato de sódio

Fórmula: $C = a + b \cdot A$

a = - 0,139

b = 1,6720

R² = 0,9960



Joana Sartoretto Leão

Técnico responsável