CERTIFICADO DE ANÁLISE

Teste em cubetas:	Fenóis Cód. UP121
Faixa de leitura:	0,05 – 5 mg/L
Lote:	121017
Validade:	02/2018

Data da calibração: 17/05/2016

Técnico responsável: Nathália Coelho

Equipamento: DR3900

Comprimento de onda: 476 nm

Substância padrão: fenol (C_6H_5OH)

Variação permitida: ±5 % para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000, DR 6000

Calibração espectrofotômetros Hach: C = a + b*A

a = - 0,174

b = 3,5188

R^2 = 0,9999



Técnico responsável