CERTIFICADO DE ANÁLISE

Teste em cubetas:	Nitrato ($N\text{-}NO_3^-$) Cód. UP131
Faixa de leitura:	0,25 – 20 $mgN\text{-}NO_3^-/L$
Lote:	131023
Validade:	10/2018

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado para calibração: DR3900

Comprimento de onda: 370 nm

Substância padrão: nitrato de potássio

Fórmula: C = a + b*A

a = - 0,545

b = 11,5595

R^2 = 0,9981



Joana Sartoretto Leão

Técnico responsável