

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Fósforo total Cód. UP141
Faixa de leitura: 0,05 – 1,00 mg P-PO₄/L
Lote: 141030
Validade: 10/2018

Técnico responsável pela calibração: Marcela Corrêa

Equipamento utilizado para calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 850 nm


Substância padrão: ácido fosfórico

Fórmula: $C = a + b \cdot A$

a = - 0,1429

b = 2,07606

R² = 0,9978



Joana Martinho Correia
Técnico responsável